

提言第7号 一般・療養病棟における非侵襲的陽圧換気（NPPV）及び
気管切開下陽圧換気（TPPV）に係る死亡事例の分析

事例1

< 事例概要 >

- ・ 70 歳代の患者。4 年半前より呼吸不全、2 週間前に肺炎が悪化し NPPV 管理。自発呼吸有。一般病棟に入院。
- ・ セントラルモニタで心拍数、経皮的動脈血酸素飽和度（SpO₂）の異常が表示され、看護師が訪室。マスクと回路の接続部が外れ、心肺停止状態で発見。死亡時画像診断（Ai）無、解剖無。
- ・ 発見の数時間前に発生した回路の接続外れでは、回路を再接続して患者の呼吸状態は回復していた。
- ・ 生体情報モニタはパルスオキシメータと心電図モニタを使用。